

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.: 14159658.03
Document No.:


Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung: CPG1500
Type Designation:

Beschreibung: Präzisions-Digitalmanometer
Description: Precision digital pressure gauge

gemäß gültigem Datenblatt: CT 10.51
according to the valid data sheet:

die wesentlichen Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen: Harmonisierte Normen:
comply with the essential protection requirements of the directives: Harmonized standards:


2011/65/EU	Gefährliche Stoffe (RoHS) <i>Hazardous substances (RoHS)</i>	EN 50581:2012
2014/68/EU	Druckgeräterichtlinie (DGRL) ⁽⁵⁾ <i>Pressure Equipment Directive (PED) ⁽⁵⁾</i>	
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ⁽⁶⁾ <i>Electromagnetic Compatibility (EMC) ⁽⁶⁾</i>	EN 61326-1:2013
2014/34/EU	Explosionsschutz (ATEX) ⁽⁷⁾ <i>Explosion protection (ATEX) ⁽⁷⁾</i>	EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2015
	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
2014/53/EU	Funkanlagen ⁽¹⁾ <i>Radio Equipment ⁽¹⁾</i>	EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 ⁽²⁾ EN 62479:2010 ⁽²⁾ EN 61326-1:2013 ⁽³⁾ EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) ⁽³⁾ EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) ⁽³⁾ EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) ⁽⁴⁾

- (1) Nur für CPG1500-**-**_*****_****_**_W und CPG1500-**-**_*****_****_**_M
*For CPG1500-**-**_*****_****_**_W and CPG1500-**-**_*****_****_**_M only*
- (2) Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3 (1) a)) / *Protection of health and safety (Article 3 (1) (a))*
- (3) Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3 (1) b)) / *Electromagnetic compatibility (Article 3 (1) b))*
- (4) effiziente Nutzung Frequenzspektrum (Artikel 3 (2)) / *effective use of spectrum (Article 3 (2))*
- (5) Modul A, interne Fertigungskontrolle / *Module A, internal control of production*
- (6) Nur für CPG1500-**-**_*****_****_**_Z / *For CPG1500-**-**_*****_****_**_Z only*
- (7) EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 043 X von DEKRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum (Reg.-Nr. 0158).
EU type-examination certificate BVS 16 ATEX E 043 X of DEKRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum (Reg. no. 0158)


Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2017-07-06



Alfred Häfner, Vice President
Calibration Technology



Harald Hartl, Manager Quality Assurance
Calibration Technology